



Product Service

EC-Attestation of Compliance

No. E8N 09 04 69406 004

Holder of Certificate: Charles River Laboratories, Inc.251, Ballardvale Street
Wilmington MA 01887-1096
USA**Name of Object:** Analysis Equipment
(Multi-Cartridge System)**Model(s):** Endosafe® -MCS™**Description of Object:**Rated voltage: 100-230V
Rated frequency: 50/60Hz
Rated current: 1,75A max.
Protection class: I**Tested according to:** EN 61326-1:2006
EN 61326-2-6:2006

This EC-Attestation of Compliance is issued according to the Directive 2004/108/EC relating to electromagnetic compatibility on a voluntary basis. It confirms that the listed apparatus complies with all essential requirements of the EMC directive and applies only to the sample and its technical documentation submitted to TÜV SÜD Product Service GmbH for testing and certification. See also notes overleaf.

Test report no.: 028-71337501-000**Date,** 2009-04-30

After preparation of the necessary technical documentation as well as the conformity declaration the required CE marking can be affixed on the product. Other relevant directives have to be observed.

Page 1 of 1



Product Service

EG-Konformitätsbestätigung

Nr. E8N 09 04 69406 004

Zertifikatsinhaber: Charles River Laboratories, Inc.
251, Ballardvale Street
Wilmington MA 01887-1096
USA

Objektbezeichnung: Analysengeräte
(Multi-Cartridge System)

Modell(e): Endosafe® -MCS™

**Objekt-
beschreibung**

Nennspannung:	100-230V
Nennfrequenz:	50/60Hz
Nennstrom:	1,75A max.
Schutzklasse:	I

Geprüft nach: EN 61326-1:2006
EN 61326-2-6:2006

Diese EG-Konformitätsbestätigung erklärt die Übereinstimmung des bezeichneten Geräts mit allen grundlegenden Schutzanforderungen der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates Nr. 2004/108/EG aufgrund einer freiwilligen Prüfung. Prüfgrundlage ist ausschließlich das zur Prüfung und Zertifizierung überlassene Prüfmuster. Diese Bescheinigung macht keine Aussagen in bezug auf die Schutzanforderungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit nach anderen Rechtsvorschriften, die der Umsetzung anderer Richtlinien der EU als der EMV-Richtlinie 2004/108/EG dienen. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 028-71337501-000

Datum, 2009-04-30



CE Nach Erstellen der technischen Dokumentation sowie der EG-Konformitätserklärung kann auf dem Gerät die erforderliche CE-Kennzeichnung angebracht werden. Alle weiteren relevanten EG-Richtlinien sind zu berücksichtigen.

Seite 1 von 1



Product Service

Certificat de conformité CE

No. E8N 09 04 63657 004

Titulaire du certificat: **Charles River Laboratories, Inc.**
251, Ballardvale Street
Wilmington MA 01887-1096
États-Unis d'Amérique

Produit: **Équipement d'analyse
(Multi-Cartridge System)**

Modèle(s): **Endosafe® - MCS™**

Description de l'objet: Tension nominale : 100-230 Vac
Fréquence nominale: 50/60 Hz
Courant nominal: 1.75 A max.
Classe de protection: I

Testé selon: EN 61326-1:2006
EN 61326-2-6:2006

Cette attestation CE de conformité certifie la concordance du produit désigné ci-dessus avec les principales exigences de la directive No. 2004/108/EG relative aux essais en compatibilité électromagnétique. Cette conformité a été établie sur la base d'essais volontaires exclusivement effectué sur l'échantillon soumis aux essais et à la certification.
Cette attestation répond exclusivement aux normes citées ci-dessus et uniquement aux précautions légales actuelles prescrites par la directive No. 2004/108/EG. Les indications au verso sont à respecter.

Rapport d'essais No.: 028-71337501-000

Date, 2009-04-30



Après l'établissement de la documentation technique et la déclaration CE de conformité, le marquage CE nécessaire peut être apposé sur l'appareil.
Toutes les autres directives CE applicables doivent être prises en considération.

Page 1 sur 1